SOLUZIONI MOBILI AIRPRO®

GUIDA DI AVVIO RAPIDO

Grazie per avere acquistato una soluzione mobile AirPro. Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito web: [www.tsi.com/AirPro.](http://www.tsi.com/AirPro)

Disimballare e verificare che lo strumento sia quello desiderato

Modello AP500	Modello AP800	Modello VTH-A, VTH-S, VT-A, VT-S o TH-S

Installare la batteria fornita (caricarla se necessario)

Installare la sonda (solo AP500)

Accendere lo strumento

	Spia di alimentazione	Spia di connettività Bluetooth	Spia di carica
	Verde = La batteria è carica	Lampeggiante = Trasmissione in corso	Accesa = La batteria è in fase di carica
	Rossa = La batteria è quasi scarica	Luce fissa = Collegato	Spenta = La batteria non è in fase di carica

- L’app AirPro può essere scaricata da https://itunes.apple.com/us/app/airpro-mobile/id1146476516?mt=8 per iOS.
- L’app AirPro può essere scaricata da https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsi.android&hl=enfor per Android.
- È possibile creare un account sul sito https://my.tsi.com.

Avviare l’app e accedere	Collegare lo strumento (o gli strumenti)	Eseguire la misurazione
		

Restituzione per eventuali riparazioni

Per restituire lo strumento, compilare il modulo di autorizzazione alla restituzione dei prodotti, (Return Merchandise Authorization), disponibile su http://rma.tsi.com o chiamare TSI al numero verde 1-800-874-2811 (negli Stati Uniti), al numero (651) 490-2811 o al numero 001 651 490-2811 (ovunque nel mondo) per istruzioni specifiche concernenti la restituzione.

Sicurezza e conformità

A T T E N Z I O N E

Lo strumento wireless di misura della velocità dell’aria AP500 e AP800 impiega una batteria agli ioni di litio ricaricabile con sistema di protezione incorporato contro il rischio di incendio ed esplosione. Usare solo batterie fornite da TSI (codice 800532) in questo strumento. **NON** usare una batteria sostitutiva o non ricaricabile. Smaltire sempre le batterie agli ioni di litio in conformità alle norme locali.

TSI Incorporated dichiara che questo strumento per test e misure a bassa energia Bluetooth è conforme alla Direttiva 2014/53/CE. La Dichiarazione di conformità è disponibile sul sito www.tsi.com/AirPro-CE-DOC.

TSI ha depositato una richiesta di brevetto per la soluzione AirPro. Per ulteriori informazioni visitare la seguente pagina del sito web TSI: http://www.tsi.com/patents/.

UNDERSTANDING, ACCELERATED

TSI Incorporated – Visitare il nostro sito web, **www.tsi.com**, per maggiori informazioni.

USA	**Tel:** +1 800 874 2811	**India**	**Tel:** +91 80 67877200
Regno Unito	**Tel:** +44 149 4 459200	**Cina**	**Tel:** +86 10 8219 7688
Francia	**Tel:** +33 1 41 19 21 99	**Singapore**	**Tel:** +65 6595 6388
Germania	**Tel:** +49 241 523030		

Codice articolo 6010694 (IT) Rev. A (20/3/2017) ©2017 TSI Incorporated Stampato negli U.S.A.